

## 慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：AED-FRx 訓練機

採購單號：107000353

項次	規 格	數量(單位)
1	<p>FRx 訓練機</p> <p>規格</p> <p>1. 內建急救模擬情境模式，可依此模式練習並施行電擊急救模擬訓練，符合 2015 年新版急救流程。 2. 面板上有急救每一階段的圖形可供參考。 3. 內建遙控器功能，可直接下指令。 4. 具 CPR 節拍器。 5. 可切換操作模式，打開呼吸道 檢查呼吸提示 6. 每組包含：主機 1 台(須有 8 種教學模式)、訓練貼片 1 盒(1 盒 1 入)和訓練貼片盒 1 盒、假人配接器 1 個、三號電池一組 4 入、攜行袋一組、附嬰幼兒用功能鑰匙 1 副。7. 附原廠或代理商出具之出廠證明和連帶售後服務保證書，以保障日後的維修保養服務。</p>	6 台
<p>1、交貨期限：接獲訂單後 <u>60</u> 日(含例假日)完成交貨。</p> <p>2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。</p> <p>3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。</p>		



申購附件

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。