

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：全波長酵素免疫分析儀(INNO Microplate Spectrophotometer)


項次	品名及規格	數量	單位
	全波長酵素免疫分析儀(INNO Microplate Spectrophotometer) 型號:INNO 規格: 1. 波長準確度：2nm 2. 微量盤種類：6~384 well 3. 光源：Xenon Flash lamp 4. 波長範圍：200-999 nm 5. Dynamic range：0~ 4.0 OD 6. Resolution：0.0001 OD 7. OD 準確度：0~2 OD 1% 8. OD 線性度：0~2 OD 1% 9. OD 重複性：0~2 OD 1% 10. Shaking：2 段式震盪 11. Dimensions：333W x 303L x 245H mm 12. Weight：7.5 kg 13. 可升級 24 孔微量樣品分析盤 (含 2.5ML-3.5ML tube)： 2 μ l DNA/RNA 樣品槽 (24 孔) 可同時測量 dsDNA、RNA、ssDNA。 2.5ml 比色管槽可供 BSA、IgG、Lysozyme 定量。 14. 含唾液皮質醇盤，5 盤 附件： 分析軟體：INNO-X (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、 效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	組


本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
 否。

交貨期限： 簽約日起 45 日內。 民國_____年____月____日內。
 合約生效日(決標日)起____日內。 收到信用狀日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：慈濟大學護理學系

請購單位主管簽章：

請購人簽章：

聯絡電話：分機 12260

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符

號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。