

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：攜帶型平衡測試訓練系統

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	(1)防跌監控測試-標準化的電腦協定，可針對平衡測試結果及年齡相關的常模進行比較。 (2)全新軟體及大型螢幕-直覺式導引，配備大型 15.6" 觸控螢幕，可外接盤及滑鼠 (3)附有鋁合金三段式可伸縮之螢幕架，最高 175 公分，最低 99 公分(附有輪子)。 [測試及訓練模式] (1)姿勢穩定度訓練。 (2)運動控制訓練。 (3)重量轉移訓練。 (4)迷宮控制訓練。 (5)穩定度極限訓練。 (6)重量百分比-耐力訓練。 [規格] (1)平台尺寸:54cm x 48cm x 7cm(H) (2) 15.6" all-in-one 平板顯示器:含彩色觸控式顯示，Windows 作業系統及喇叭。 視/聽功能:透過 Bolsters connective 選項接到其它設備上，並採用遙控方式傳輸資料及從事軟體升級。 (3)攜行箱尺寸:60x58x27cm(H)) (4)承重量:227kg (5) 電源:115 VAC, 50/60Hz, 15 amp line. (6)平台重量:8.6kg (7)總重量(含攜行箱):20kg [交貨內容] (1) 15.6" 彩色顯示幕(配有桌上型放置架/掛牆固定架) (2)攜行箱 x1 (3)測試平台 x1 (4) CTSIB 專用格線泡綿墊 x1 (5) 100-240V AC 變壓器 x1 (6)眼罩 x2 (7)三段式可伸縮之螢幕架 x1	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☒ 合約生效日(決標日)起 150 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：護理學系

請購單位主管簽章：

護理學系 張美娟
主任

請購人簽章：

康怡
護理學系

聯絡電話：22345

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。