

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：電動產台

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	<p>規格：</p> <p>一. 一般功能規格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產台之昇降、背板角度與座板角度、煞車，皆以電動油壓操作。 2. 上述驅動皆以防水之腳踏開關操作。 3. 床架採 3mm 厚 SAE 304 不銹鋼製作。 4. 床墊與床板可不必藉由工具而方便分離，以利清潔整理。 5. 床板採高強度電木板製作雙面防水、耐酸鹼美耐板被覆，抗污不變形。 6. 底座與升降柱皆以不銹鋼被覆。 7. 具有縱轉功能，床台能整體傾斜。 8. 能做臥姿與坐姿生產。 9. 配件金屬部份為不銹鋼製。 10. 具有內藏式補助台。 11. 內藏式補助台支架皆以方形不銹鋼製作避免蓄積污物 12. 補助台具能升降之高低雙位，上升後具自動安全定位功能。 13. 具備停電時之煞車釋放裝置。 <p>腿架固定器鎖住腿架支柱後能承受 10KgM 以上之扭力可有效避免腿架 受力後旋轉。</p> <p>二. 功能尺寸規格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 床台尺寸：60CM 寬 X 130CM 長 2. (含補助台長 180CM) 3. 升降高度：660~ 960 M/M 4. 縱轉角度：+25 ~ -10 度 5. 背板角度： 0 ~ +70 度 6. 電 壓：AC 110 V/AC 220V <p>三. 配件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 枕頭-----1 只 2. 手架-----2 支 3. 床墊-----1 組 4. 防水皮墊-----1 只 5. 腰側拉桿-----2 支 6. 腿架(含強力固定器)--2 組 7. 補助台-----1 組 8. 污物盆-----1 組 9. 腳踏開關-----1 組 電源線-----1 條 <p>參考廠牌：廠牌：ACOMED(台灣) 不接受中國製</p> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)</p>	1	組

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
 否。

交貨期限： 簽約日起_____日內。 民國_____年_____月_____日內。

合約生效日(決標日)起 90 日內。 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：護理學系

請購單位主管簽章：

護理學系張紀萍
主任張紀萍

請購人簽章：張惠勇 9/25

聯絡電話：22465

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。