

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：慣性阻力評估訓練器

| 項次 | 品名及規格 | 數量 | 單位 |
|----|--|----|----|
| 1 | 慣性阻力評估訓練器 規格： 設備尺寸:0.35 x 0.35 x 2.00 m 設備重量:25 公斤 電源輸出:5 V - 2.6 A 電源供應:(僅適用於平板電腦充電):100 - 240 V 50/60 Hz 最大可記錄工作力:200 kg 工作功率範圍:0-4000W 功率回饋練習/軟件相連的 V.Load 重傳感器等距測試 高度可調至 2m 變慣性飛輪盤/醫療 CE 認證 軟體功能： - 訓練測試 - 功率測試 - 等長力量測試(靜態測試以確定特定位置的最大等長力量) - 耐力測試(具有明確目標和慣性負載的耐力測試)含： FULL 主機 x 1 系統平板電腦 SAMSUNG 10"，附整合軟體 D.SOFT x 1 · 慣性碟:1S + 1M + 2L + 1PRO x 1 · 稱重感測器 V. LOAD · 延長桿(將高度延長至 2 公尺)x 1 · 1 x 個等距帶 1 x 條腰帶(均碼) 1 x 腳鍊 · 2 x 個短單手柄 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附) | 1 | 組 |

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間 _____、金額或數量 _____。
 否。

交貨期限： 簽約日起 60 日內。 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日內。
 合約生效日(決標日)起 _____ 日內。 收到信用狀日起 _____ 日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：醫學院物理治療學系

請購單位主管簽章：





請購人簽章：



聯絡電話：1 2 4 9 6

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。