



## 慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：大型迴轉式震盪培養箱

採購單號：112000956

項次	規 格	數量(單位)
	<p style="text-align: center;">(如為英文品名及規格，請附中文對照)</p> <p>規格：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 容量至少：約180L</li> <li>2. 內部材質：304不銹鋼，高度可以容納2L 錐形瓶</li> <li>3. 馬達：耐用無刷直流 DC 馬達</li> <li>4. 控制：P.I.D 微處理器，全程溫度控制具有冷卻功能，可在40-60°C 運行</li> <li>5. 設定保護：具非易失性存儲器可在斷電期間保存設置，並在電源恢復後自動重新啟動設備</li> <li>6. 標準內部紫外線燈可在需要時提供主動污染控制</li> <li>7. 搖擺方式：軌道式搖擺，迴轉式運動搖晃直徑微1-50mm 無段式調整</li> <li>8. 環境溫度：10~35°C</li> <li>9. 行程：Ø1-50 無段可調</li> <li>10. 溫度精確度：0.1°C(上述規格或同等級以上產品)</li> </ol> <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	1組
 		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、交貨期限：接獲訂單後____日(含例假日)完成交貨。</li> <li>2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。</li> <li>3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。</li> </ol>		

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。