

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：中頻電刺激治療器

採購單號：114000189

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	規格： 1.R:370mm x 270 mm x 75 mm 2.重量:1800gm 3.電源: AC 110V 4.輸出頻道:4 獨立功率輸出 5.輸入電流: 200mA/110V 6.輸出電流: 0-100mA 尖峰電流在500 歐姆負載, 7.定時:15,30 分,連續不計時 8.蜂鳴器: 時間到 一聲 9.功能: Function Mode: Selected by push "mode" button (MA.MT.MM.B.C.M) carrier 1 KHZ-5KHZ (1)MA: Auto-Modulation; programmable control automatic modulation treatment time is 15 minutes. (2)MT Multiform; collsts multiform pulse each cycle is 7 seconds. P/R.P/W unadjustable (3)MM Mid-frequency modulation; P/W.P/R remains adjustable (4)B: Burst; 2 burst per cycle, 8 pulses per burst. pulse rate pulse width can adjustable. per cycle from 1 sec to 5 Sec. (5)C Convention; P/R. P/W remain adjustable (6)M: Modulation; The cycle is 30 step repeated, pulse rise time: pulse on time pulse fall time are adjustable P/R.P/W remains adjustable per cycle 15 sec to 60 sec (7)波頻: P/R. 2 HZ~150 HZ remain 10 steps (2,4,10,30,50,75,100,120,150,180) 。 (8)波寬:P/W, 50us~500us remains 10 steps (50,100,150,200,250,300,350,400,450, 500) 10.包含以下配件; (4 組獨立輸出頻道;電源 AC11V)	5	台

	1.主機 x1 2. Electrode pad (貼片)x8 3. Lead wire(電線) x4 4. Adaptor (整流器) x 1 5. 電源線 x1 6. Instruction manual x1 7. 皮包裝 x1		
--	---	--	--

本採購案是否有後續擴充 ☐是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☐否。

交貨期限：☐簽約日起_____日內。☐民國_____年_____月_____日內。

☐合約生效日(決標日)起_____日內。☐收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固_____年。

請購單位：_____

請購單位主管簽章：_____

請購人簽章：_____

聯絡電話：_____

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。