


慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：液相氧電極系統

採購單號：112000955

項次	規 格	數量(單位)
	<p style="text-align: center;">(如為英文品名及規格，請附中文對照)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DW2/2電極：具有4個光學端孔及SI氧化電極所組成(或同等級以上相當之電極) 2. LED 1/W 白色LED光源：至少2000 $\mu\text{mols m}^{-2}\text{S}^{-1}$ 3. 液態樣品照明量：最小1.5ml → 通用於0.2~2.5ml 樣品，氧氣濃度0~100% 4. 24位元高分辨率氧氣信號測量(或同等級以上規格) 5. 氧氣即時訊號輸出：0 ~ 4.5V 6. 測量範圍：氧氣0 ~ 100% AUX 0 ~ 4.096V PH 0 ~ 1XpH 7. 解析度：氧氣= 0.0003% (24 bit) Pn = 0.0006 pH (16 bit) Aux = 62.5u V/bit (16 bit) (或同等級以上規格) <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	1組
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; font-weight: bold;">申購附件</div> </div>		
<ol style="list-style-type: none"> 1、交貨期限：接獲訂單後_____日(含例假日)完成交貨。 2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。 3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。 		

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。