

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：可梯度核酸增殖儀

採購單號：114000213

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	1、樣品加熱槽容量: 0.2ml tube x 96, strips or microplates 2、溫度範圍: 3°C-99°C 3、加熱槽可梯度: 是 4、加熱槽可梯度範圍: 20°C,可執行 12 個溫度梯度 5、梯度設定方式:可選擇設梯度範圍或自行設定每行 well 溫度差,可獲得不同整數梯度有助實驗設計 6、最大升溫速率: 4°C/sec 7、溫度一致性: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ within 15 sec at 55°C 8、溫控精確度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 9、顯示: 7 吋彩色觸控螢幕 10、程式顯示方式程式 可依使用習慣選擇表格化顯示或溫度曲線圖形化顯示 11、程式記憶容量: 350 average programs in 30 user directories 12、軟體功能: (1)暫停功能(Pause): 自動或手動 (2)自我診斷功能: 可執行 self test 確認儀器狀況 (3)斷電後自動再啟動功能: Auto Restart (4)線上協助功能:可顯示程式執行之步驟和時間 (5)升降溫速度調整:可依需求手動調整升降溫速度 (6)三種語言選擇: English / Chinese / German,中文介面更易於操作 (7)程式執行完成提醒裝置 Yes (8)加熱蓋: 8-1 具壓力自動感應裝置 8-2 可調整溫度 (30°C - 99°C) 8-3 預熱功能 8-4 程式完成自動切斷加熱功能 13、外接介面: 可透過 USB 複製儲存程式 14、電壓: 可彈性選擇 110 V 或 220V 15、配件:穩壓器一台	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☐否。

交貨期限：☐簽約日起_____日內。☐民國_____年_____月_____日內。

☐合約生效日(決標日)起_____日內。☐收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固____年。

請購單位：_____

請購單位主管簽章：_____

請購人簽章：_____

聯絡電話：_____

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。