


# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：口部肌力評估訓練暨紀錄系統

採購單號：110001314

項次	規 格	數量(單位)
1	1. 長 x 寬 x 高：H17.7 x W8.8 x D3.0 公分 ± 10%。 2. 壓力範圍：0 to 100 kPa(誤差值±2 kPa)。 3. 電源供應：兩節 AA 鹼性電池。 4. 電性安全：IEC 60601-1; Type B。 5. 操作模式：Continuous duty 連續式。 6. 數位式 LCD 螢幕顯示。 7. Peak Mode 口腔壓力尖峰值擷取模式。 8. 可以與 IOPI 軟件一起使用來顯示和記錄即時壓力數據。 9. 存儲由單一索引號標識的多個數據文件。 10. 報告包括：摘要信息，設定信息的條形圖，詳細的峰值模式數據，詳細的目標模式數據。 11. 報告以 pdf、word、excel 或導出的 .tsv 文件形式提供。 12. 以上規格未標示者之誤差範圍：±5%。 13. 安全辨識：需具備衛福部之品質系統文件(QSD)及醫療器材許可證。 內容： 1. 口部肌力評估訓練暨紀錄系統主機 / 3台(1台/組) 2. 口部肌力評估訓練暨紀錄系統專用壓力球 / 15個(5個/組) 3. 攜帶箱 / 3個(1個/組) 4. 壓力球連接管 / 6條(2條/組) 5. 壓力精準度檢查套件 / 3式(1式/組) 6. 病人數據表 / 3式(1式/組) 7. 壓力球擺放位置表 / 3式(1式/組) 8. 口部肌力評估報告產生軟體 / 3式(1式/組) 9. USB 安全鎖 / 3個(1個/組) 10. Mini-USB 到 USB 連接線 / 3條(1條/組) 11. 外加口部肌力評估訓練暨紀錄系統專用壓力球 / 300個	3(組)
1、交貨期限：接獲訂單後_____日(含例假日)完成交貨。 2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。 3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。		

申購附件



本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符

號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

申請附件

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

