

# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：自動乾式生化分析儀

採購單號：112000995

項次	規 格	數量(單位)
	1. 檢驗項目:至少可測 31 個項目(含)。 2. 螢幕:7 吋(含)以上觸控式螢幕。 3. 具全自動功能: (1) 包括機器手臂自動吸附及滴入檢體。 (2) 試片可自動連續進入偵測及自動排出。 4. 分析速度:128 test/hr (含) 以上(Combined 生化及電解質)。 5. 試片乘載量:同時至少 20 個試片 (含) 以上。 6. 試片:多層膜軟片呈色分析。 7. 檢體種類:血漿、血清、全血。 8. 檢體量:生化 10µl/test (含) 以下，電解質 50µl/test (含) 以下。 9. 具有自動稀釋重測試功能。 10. 校正方式:以 QC 卡進行校正。 11. 測量精度:≤0.0004 OD/5 minutes。 12. 測量準確度:±0.005 OD (600nm)。 13. 可分析項目:至少有 ALP、AMYL、CHE、CKMB、CPK、GGT、 GOT/AST、GPT/ALT、LAP、LDH、LIP、ALB、BUN、 Ca、CRE、DBIL、GLU、HDL-C、IP、Mg、NH3、TBIL、 TCHO、TCO2、TG、TP、UA、Na、K、Cl、CRP 等分析 項目。 14. 需具醫療器材許可證認證。 15. 內建熱感式印表機	1 台
1、交貨期限：接獲訂單後_____日(含例假日)完成交貨。 2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。 3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。		



申購附件

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。