慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：臀部肌肉注射模型

項次	品　名　及　規　格	數 量	單位
	規格： 1. 模型：成人女子臀部形狀 2. 材質：軟質樹脂、硬質樹脂（三層構造） 3. 尺寸：成人臀部實物大約 W32xD35xH20cm±5% 4. 重量：3.2kg±5% 5. 模型以軟質特殊樹脂、肌肉層、硬質樹脂骨骼的三層構造構成，接近實體觸感可確認注射部位 6. 測定左右注射部位對應四分三分法、霍赫秀鐵達法、克拉克點注射法,內建 6 顆感應器左右 2 側臀部皆可練習，左側 3 個感應點，右側 3 個感應點 7. 針筒刺入時，以亮燈與否來判定是否位置錯誤或刺入過深(正確亮綠燈,錯誤亮紅燈)。 8. 交貨時需檢附 2024 年原製造廠出廠證明 9. 交貨時需檢附原製造廠 ISO9001 和 ISO 14001 認證證明文件 10. 模型以軟質特殊樹脂製成，表面幾乎不會留下針孔痕跡，模型外皮為可更換式且可當耗材購買更換 11. 可觸診注射部位的大腿骨、上前腸骨棘、後腸骨棘、仙骨皮膚跟肌肉部份可更換,模型本體與警示器採分離式設計方便測驗時使用 規格含同等品或更優規	1	組

本採購案是否有後續擴充 □是，擴充期間＿＿＿＿＿＿、金額或數量＿＿＿＿＿＿。

■否。

交貨期限：□簽約日起＿＿＿日內。□民國＿＿＿年＿＿月＿＿＿日內。

■合約生效日(決標日)起 90 日內。□收到信用狀日起＿＿＿日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　**請購單位主管簽章：**＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

請購人簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　**聯絡電話：**＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，**在目的及效果上均不得限制競爭**。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030