

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：胸腔鏡微創手術器械組

採購案號：114000651

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	胸腔鏡淋巴鉗 1) 左彎曲，11mm(±5%)環形鉗口，帶固定棘齒，軸柄5mm，工作長度23 cm(±5%)，總長度33cm(±5%)。 2) 可高溫高壓消毒。	1	ea
2	胸腔鏡微創持針器 1) 彎曲鉗口，不鏽鋼碳化鎢鑲嵌鉗口，帶固定棘齒，軸柄7mm，工作長度達15 cm(±5%)，總長度28.5cm(±5%)。 2) 適用 4-0或更細的縫線針頭。 3) 可高溫高壓消毒。	1	ea
3	胸腔鏡肺葉抓取鉗 1) 左彎曲，20 mm(±5%)環形鉗口，帶固定棘齒，軸柄由細到粗(5 mm 逐漸增加到7 mm)，工作長度達23.5 cm(±5%)，總長度33.5cm(±5%)。 2) 可高溫高壓消毒。	1	ea
4	胸腔鏡組織鉗 1) 左彎曲顎鉗，鉗口長度6 cm，DeBakey 鋸齒具1x2齒列，帶固定棘齒，軸柄5mm，工作長度達 21 cm(±5%)，總長度 31 cm(±5%)。 2) 可高溫高壓消毒。	2	ea
5	胸腔鏡組織剝離鉗 1) 細尖鉗口，DeBakey 鋸齒具1x2齒列，帶固定棘齒，軸柄5mm，工作長度達19 cm(±5%)，總長度29cm(±5%)。 2) 可高溫高壓消毒。	1	ea
6	胸腔鏡內視鏡吸引器 1) 固定式彎曲鈍頭，尖端頭直徑7.5mm，Yankauer 手柄，軸柄 5mm，工作長度達22 cm(±5%)，總長度36cm(±5%)。 2) 可高溫高壓消毒。	2	ea
(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)			

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 180 日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：模擬醫學中心

請購單位主管簽章：



請購人簽章：林姿伶



聯絡電話：12151

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件，其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。