

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：縫合皮膚模型組

項次	品 名 及 規 格	數量	單位
	每組內含：	5	組
1	縫合皮膚模型(1片) 1.1 尺寸:皮膚墊:14.5cm x12.5cm*1.5cm±2%/底座: 14.5cm x11.5cm*2.5cm±2% 1.2 重量: 皮膚墊:240g±2%/底座:95g±2% 1.3 基本縫合:線性、橢圓、皮瓣和多形狀。訂針和膠帶。 1.4 模型有擬真的皮膚組織及皮膚表面毛細孔紋路 1.5 皮膚有3個不同的層:表皮層、真皮層、脂肪層 1.6 不同的材料模擬不同的組織層。 1.7 皮膚用座台用於固定皮膚,底座附吸盤可定在桌上。 1.8 組成:皮膚墊 x1/皮膚用座台 x1		
2	縫合皮膚模型(2片) 2.1 尺寸:皮膚墊:14.5cm x12.5cm*1.5cm±2%/底座: 14.5cm x11.5cm*2.5cm±2% 2.2 重量: 皮膚墊:240g±2%/底座:95g±2% 2.3 基本縫合:線性、橢圓、皮瓣和多形狀。訂針和膠帶也適用。 2.4 模型具有擬真的皮膚組織及皮膚表面毛細孔紋路 2.5 皮膚有3個不同的層:表皮層、真皮層、脂肪層 2.6 不同的材料模擬不同的組織層。 2.7 皮膚用座台用於固定皮膚,底座附吸盤可定在桌上。 2.8 組成:皮膚墊 x2/皮膚用座台 x1		
3	縫合皮膚含器械練習組 3.1 尺寸: 25cm x21cm*7cm±2% (收納盒) 皮膚墊:14.5cm x12.5cm*1.5cm±2%/底座: 14.5cm x11.5cm*2.5cm±2% 3.2 整體重量: 1.12kg±2% 3.3 此模型組用於練習基本的縫合技巧,包括線性、橢圓形、皮瓣和打結技術。 3.4 利用這些逼真的組件,您可以練習各種縫合和打結技巧。這些材料不僅可縫合,而且耐用,可以重複使用。 3.5 模型具有擬真的皮膚組織及皮膚表面毛細孔紋路 3.6 皮膚墊可更換另購 3.7 組成:皮膚墊 x3/短腸 x6/皮膚用座台(含打結練習用支架)x3/剪刀 x3/組織鉗 x3/持針器 x3 /縫線 x3/收納包 x3		
4	傷情皮膚套組 1.1 尺寸:9.5cm x 14cm x 0.5cm(單個) ±2% 1.2 重量: 70g(單個)±2% 1.3 模型為模擬傷口治療訓練用而設計。 1.4 含8種不同傷口類型:擦傷、水泡、燒傷、骨暴露的深部傷口、割傷、撕裂傷、發炎和穿刺 1.5 傷口墊的背面具有黏性,易於附著在人體皮膚和人體模型上 1.6 模型具有擬真的皮膚組織及皮膚表面毛細孔紋路 1.7 不同傷口上的軟組織有不同組織反應及觸感		
5	燙傷傷情皮膚模型		

	1.8 尺寸: 29cm x 18cm x 0.3cm $\pm 2\%$ 1.9 重量: 80g $\pm 2\%$ 1.10 模型為模擬燒套傷傷口治療訓練用而設計。 1.11 高擬真皮膚; 皮膚表面模擬出毛細孔, 紋路、觸覺擬真。 1.12 燒傷皮膚墊上附有一條魔鬼粘帶, 可穿戴於手臂 1.13 模型具有擬真的皮膚組織及皮膚表面毛細孔紋路 6 本案 5 組共含一組自黏式術後傷口說明模型: 6.1 尺寸: 底板為 A4 大小 6.2 矽膠製高擬真術後傷口組, 共三種。 6.3 內附三種大小不同術後縫合傷口, 其中兩種具有引流孔。 (1). 無引流孔款尺寸: 18.5x7cm $\pm 5\%$ (2). 具有兩個引流孔款尺寸: 15.2x10cm $\pm 5\%$ (3). 具有一個引流孔款尺寸: 12x8cm $\pm 5\%$ 6.4 每片可反覆直接黏貼於假病人或學員身上, 使用後可水洗清潔、風乾後即恢復黏性 7 本案不接受中國製品		
--	--	--	--

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是, 擴充期間 _____、金額或數量 _____。

☒ 否。

交貨期限: ☒ 合約生效日起 75 日內 ☐ 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日前 ☐ L/C 開出日起 _____ 日內。

保固期限: 自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位: 護理學系

請購單位主管簽章: 護理學系主任 張美娟

請購人簽章: 康怡安

聯絡電話: 22345

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。