


慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：輻射偵測器

採購單號：112000785

項次	規 格	數量(單位)
	(如為英文品名及規格，請附中文對照) 1、X光輻射劑量量測儀1台，含應用程式 2、PANORAMIC HOLDER(量測全口牙科劑量支架) 3、送校維護服務一次 4、主機規格：電磁相容測試 EMC :IEC 61326-1 5、顯示器：必須主機與操作介面結合一體，4.3 吋(含以上) 彩色 LCD 觸控螢幕，記憶體：至少9,000 筆資料 6、R/F 探頭，(1)重量：低於 60 克， (2)kVp 量測範圍： 40 - 150kVp， (3)劑量：1nGy - 9999Gy 以上含同等品或更優規	1 (組)
1、交貨期限：接獲訂單後_____日(含例假日)完成交貨。 2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。 3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。		

申購附件



本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。