

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：靜脈定位器

項次	品 名 及 規 格	數量	單位
	1. 顯示方式：OLED 液晶投影，具四段亮度調整功能。 2. 三種顯示深度模式：紅色->藍色->綠色依次代表血管深度由淺入深，深度可達皮下 10mm。 3. 具備去毛髮模式，將不對體表毛髮投影圖像減少干擾。 4. 使用範圍：成人、小兒、嬰幼兒，不需切換模式。 5. 對位精準度上下偏移 $\leq 0.3\text{mm}$ ，左右偏移 $\leq 0.3\text{mm}$ 。 6. 最佳成像範圍：20~26cm，具投影自動調整對焦功能。 7. 可配合使用部位調整 3 段投影面積大小。 8. 具四段可調整投影顏色切換功能，顏色為藍色、紫色、白色及反色提高血管顯像清晰度。 9. 主機與腳架可拆卸，移動式支架可上下左右無段定位調整角度。 10. 交直流兩用，電源：110V-240V，主機具自動節電休眠功能，配備蓄電池，待機時間 2 小時。 11. 可選配數據分析平台軟體，具有拍照、錄影、凍結影像、產生報告、測量血管長度/寬度、等報告功能。	2	組

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：☒ 合約生效日起 75 日內 ☐ 民國____年____月____日前 ☐ L/C 開出日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：護理系

請購單位主管簽章：張美娟

請購人簽章：康怡安

聯絡電話：22345

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。