

# 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：全自動血液成份計數分析儀

項次	品名及規格	數量	單位
1.	檢驗分析項目：需可提供 WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、RDW-SD、RDW-CV、PDW、MPV、P-LCR、PCT、LYM%、MXD%、NEUT%、LYM#、MXD#、NEUT# 等二十項(含)以上分析數值。	1	臺
2.	WBC、RBC、PLT 等項目使用電子阻抗法原理進行分析；HGB 使用不含氰化合物之分析原理。		
3.	需 20ul(含)以下全血即可上機；預稀釋(pre-diluted, PD)模式可進行微量檢體分析，上機僅需 65ul(含)以下之稀釋檢體，以避免珍貴檢體浪費。		
4.	僅需至多兩種上機試劑即可分析，以方便人員操作與試劑庫存管理。		
5.	品質管制：可選購原廠品管液於檢驗室自行上機，並可呈現品管數據，以監控儀器數值穩定性，確保分析數值可信度。		
6.	儀器內建螢幕，可直接進行單機上機分析，無須外接電腦，並可直接顯示 RBC、WBC、PLT 的散佈圖與品管圖，以即時監控各檢體分析數值與表現。		
7.	報告儲存：需至少可儲存至少 1,000 筆報告(含分析數值與散佈圖)。		
8.	儀器可透過 USB 存儲或以無線方式(經由外部無線裝置，如 WIFI 或藍芽傳輸)傳輸檔案以進行分析報告輸出。		
9.	需可進行使用者管理，儀器可建立不同使用者帳戶，並透過輸入密碼或掃描條碼方式進行登入，儀器螢幕亦可進行鎖定，輸入密碼才可操作儀器。		
10.	儀器寬度與深度需小於 40cm(含)以下，以符合實驗現地儀器擺放空間。		
11.	須提供效期內之衛生福利部醫療器材查驗登記許可證以供查驗。 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)		

本採購案是否有後續擴充  是，擴充期間\_\_\_\_\_、金額或數量\_\_\_\_\_。  
 否。

交貨期限： 簽約日起 60 日內。 民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日內。  
 合約生效日(決標日)起\_\_\_\_\_日內。 收到信用狀日起\_\_\_\_\_日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 3 年。

請購單位：醫技系

請購單位主管簽章：



請購人簽章：

賴吉文  
1130913

聯絡電話：Ext12337

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

**※政府採購法第 26 條：**

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030