

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：靜脈定位器

項次	品名及規格	數量	單位
	規格： 1. 顯示方式：OLED 液晶投影。 2. 三種顯示深度模式：紅色→藍色→綠色依次代表血管深度由淺入深，深度可達皮下 10mm。 3. 具備去毛髮模式，儀器將不對體表毛髮投影指投影血管圖像減少干擾。 4. 使用範圍：成人、小兒、嬰幼兒，不需切換模式。 5. 對位精準度上下偏移≤0.3mm，左右偏移≤0.3mm。 6. 使用波長：約 760nm-850 nm。 7. 最佳成像範圍：約 20~26cm，具投影自動調整功能：可配合使用部位自動調整投影面積大小。 8. 具四段可調整投影顏色切換功能，顏色依次為藍色、紫色、白色及反色提高血管顯像清晰度。 9. 主機與腳架可拆卸，移動式支架可上下左右無段定位調整角度。 10. 交直流兩用，電源：110V，配備高效能電池，使用時間 2 小時。	1	組

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
 否。

交貨期限： 簽約日起_____日內。 民國_____年_____月_____日內。
 合約生效日(決標日)起 90 日內。 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：_____

請購單位主管簽章：_____

請購人簽章：_____

聯絡電話：_____

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。