



慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：足底壓力分析測量系統

採購單號：112001039

項次	規 格	數量(單位)
1	一. 鞋墊感測器 (數量: 3 雙) - 感測元件: 電容式 - 擷取頻率可達 150 HZ - 感測器薄度小於 2 mm - 量測範圍: 1-128 psi - 解析度可達 6.5 mm 以下 二. 無線訊號接收器 (數量: 2 件) - 重量小於 50 公克 - 長寬高小於 6 X 4.5 X 2 公分 - 儲存容量: 16 GB - 電池可達 7.5 小時 - 支援藍芽無線傳輸 三. 專業版足壓擷取及分析軟體 (數量: 1 件) - 可回播足壓動態分布, 顯示壓力中心軌跡 - 可繪製壓力-時間、承重力量-時間圖表 - 可分四個足部區域以上局部統計分析, 可自訂局部區域, 分析平均壓力、峰值壓力、接觸面積、承重力量、衝量 - 可自訂匯出數據, 提供 CSV、TXT、SVG、XSN 檔案型式 - 可分析步態周期時間、步速、步頻、步速、站立時間、擺盪時間、站立期、擺盪期 - 可支持 DLL 外部訊號觸發 四. 配件 (數量: 1 組) - 電源供應器 X 1 個 - 傳輸線 X 2 條 - 收納可攜提箱 X 1 只	一套
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <p>1、交貨期限：接獲訂單後_____日(含例假日)完成交貨。</p> <p>2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。</p> <p>3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">   </div> </div>		

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。