

# 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：電動醫療病床

採購單號：113007162

項次	規 格	數量(單位)
	<p>1. 床體尺寸 長：218 公分±2 公分。 寬：97cm±1 公分。</p> <p>2. 床面尺寸：長 192 寬 86(皆±5 公分)。</p> <p>3. 背部仰角：0 ~ 75°以上 膝仰角：0 ~ 35°以上。 升降高度：40~71 公分(可升降 30 公分)。</p> <p>4. 手控器，具鎖定、CPR、背光功能。</p> <p>配件：</p> <p>1. 床墊含床套*1組 2. 點滴架*1</p> <p>(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	8組
<p>1、本案購案是否有後續擴充<input type="checkbox"/>是，擴充期間_____、金額或數量 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2、交貨期限：<input type="checkbox"/>簽約日起___日內。民國_____年___月___日內。 <input type="checkbox"/>合約生效日(決標日)起___日內。<input type="checkbox"/>收到信用狀日起___日內。</p> <p>3、保固期限：自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。</p>		

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

## ※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。