

# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：骨質密度量測機

採購單號：106002343

項次	規 格	數量(單位)
1	<p>一、探頭形式：自動偶合矽膠軟探頭</p> <p>二、傳導介質：超音波用水性凝膠</p> <p>三、檢測部位：腳跟骨(Heel bone)</p> <p>四、電腦：內建主機</p> <p>五、螢幕規格：7吋以上 LCD 觸控式螢幕，報告直接顯示</p> <p>六、連接埠: USBx2 以上、影像訊號 x1 以上</p> <p>七、病歷儲存：儲存 10,000 筆以上</p> <p>八、列印模式：內建熱感寫印表機，可外接彩色印表機</p> <p>九、檢測精準度：                      1.SOS<math>\leq</math>0.2 (C.V%) 2.BUA<math>\leq</math>1.5 (C.V%) 3.BQI<math>\leq</math>1.5 (C.V%)</p> <p>十、分析結果須包含以下：                      T-Score and % Young Adult(T-Score 和成人之百分比)                      Z-Score and % Age-Matched(Z-Score 和同年齡之百分比)                      WHO classification (WHO 圖表)、SOS 〈超音波傳導速率〉、                      BUA 〈超音波遞減率〉、 BQI 〈骨量指數〉                      兒童骨齡評估 〈骨質狀況及預測未來身高〉                      十年骨折風險評估報告 〈FRAX〉</p> <p>十一、PACS 傳輸系統: 支援標準 DICOM3.0</p> <p>十二、重量：<math>\leq</math>15 公斤</p> <p>十三、儀器專用行動電源                      *容量：41600mAh(3.6V)以上/鋰電池                      1. 電池功率：150Wh 以上    2. 工作溫度：0 度~40 度                      *AC 電源輸出： 1. 交流輸出電壓：120VAC                      2. 交流輸出頻率：60Hz    3. 連續輸出功率：200W 以上                      *USB 輸出： 1. 直流輸出電壓：5VDC 以上                      2. 直流輸出電流：3.4A 以上    3. 額定輸出：25000mAh 以上</p>	1 組



- 1、交貨期限：接獲訂單後\_\_\_\_\_日(含例假日)完成交貨。
- 2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。
- 3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

**※政府採購法第 26 條：**

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。  
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。